CITY OF ONEIDA POLICE DEPARTMENT
CALIBRATION TEST RECORD

NATIONAL PATENT ANALYTICAL SYSTEMS INC.
DATAMASTER DMT

SERIAL NUMBER 137806

DATE	LOT #	TEMP	TEST	TEMP	TEST	TEMP	TEST	OPERATOR	COMMENTS	EXPIRES
12/16/19	19250	34.00C	.09	34.00C	.09	34.00C	.09	LOWELL	WEEKLY SOLUTION	3/30/20
12/20/19	19250	34.00C	.09	34.00C	.09	34.00C	.09	Mosack	WEEKLY SOLUTION	3/30/20
12/27/19	19250	34.00C	.09	34.00C	.09	34.00C	.09	Mosack	WEEKLY SOLUTION	3/30/20
12/31/19	19250	33.99C	.10	34.00C	.10	34.00C	.10	LOWELL	SOLUTION CHANGE BOT #923	3/30/20
01/03/20	19250	34.00C	.10	34.00C	.09	34.00C	.09	LOWELL	WEEKLY SOLUTION	3/30/20
01/9/20	19250	34.00C	.09	34.00C	.10	34.00C	.09	LOWELL	WEEKLY SOLUTION	3/30/20
1/15/20	19250	34.00C	.09	34.00C	.09	34.00C	.09	LOWELL	WEEKLY SOLUTION	3/30/20
1/21/20	19250	34.00C	.09	34.00C	.09	34.00C	.09	LOWELL	WEEKLY SOLUTION	3/30/20
1/27/20	19250	34.00C	.09	34.00C	.09	34.00C	.09	LOWELL	WEEKLY SOLUTION	3/30/20
1/31/20	19350	34.00C	.10	34.00C	.10	34.00C	.10	LOWELL	SOLUTION CHANGE NEW LOT, BOT 850	5/25/20